



Voimassa ainoastaan
liitettynä tuoteselosteeseen
tai tuotteeseen



TÄRKEÄÄ TIETOA Kirurgisten instrumenttien uudelleen käsittely

00-501-944-02 Rev. E
Julkaisupäivä: 2021-05



surveillance@incipiodevices.com
www.icipiodevices.com



Incipio Devices LLC
3650 West 200 North • Huntington IN 46750 • USA

MDSS GmbH

Schiffgraben 41 • 30175 Hannover • Germany

FI

SUOMI

Suunniteltu käyttötarkoitus

Incipio Devices -instrumentit koostuvat uudelleen käytettävistä lääkinällisistä laitteista ja niiden lisälaitteista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ortopedisiin kirurgisiin toimenpiteisiin. Ainoastaan pätevän ja kirurgisten laitteiden käyttöön ja asiaankuuluviin kirurgisiin prosesseihin koulutetun henkilökunnan tulee käyttää Incipio Devices -instrumentteja.

Yleisiä turvallisuusohjeita

- Lisätietoja Incipio Devices -leikkausinstrumenttien käytöstä, kokoamisesta ja purkamisesta sekä näiden käyttöohjeiden muut kielivaihtoehdot ovat saatavilla verkkosivustolta (www.icipiodevices.com).
- Ennen kliinistä käyttöä kirurgin tulee perusteellisesti ymmärtää kirurgisen toimenpiteen kaikki näkökulmat sekä laitteiston rajoitteet.
- On käyttäjän velvollisuus varmistaa, että uudelleen käsittelyprosesseja noudatetaan, että resurssit ja materiaalit ovat pätevän henkilökunnan saatavilla ja että sairaalan sääntöjä ja käytäntöjä noudatetaan.
- Käyttäjien tulee aina käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita käsitellessään laitteita.
- Incipio Devices -instrumenttitarjottimia ei ole tarkoitettu ylläpitämään sisältönsä steriiliyttä. Terveydenhuollon henkilöstön on käytettävä asianmukaista pakkausta tarjottimen ja sen sisällön steriiliyden varmistamiseksi.
- Kaikista sellaisista Incipio Devices -leikkausinstrumentteihin liittyvistä vakavista tapahtumista tai toimintahäiriöistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa vakaviin vammoihin potilaalle ja/tai käyttäjille, on ilmoitettava Incipio Devicesille ja sovellettavien määräysten mukaisesti sen maan kansalliselle sääntelyelimelle, missä käyttäjä sijaitsee.

Varoitukset

- Kaikkia teräväkärkisiä kirurgisia instrumentteja käsiteltäessä on aina varottava leikkaamasta kirurginkäsineiden läpi, ja viillon syntyessä on otettava huomioon infektoriski.
- Incipio Devices -instrumentit eivät ole toimitushetkellä steriilejä, ja ne on puhdistettava ja steriloitava ennen jokaista käyttöä.
- Epäilyyn prionkontaminaation tapauksessa hävitä instrumentti turvallisesti voimassaolevien lakien ja säännösten mukaisesti. Älä käytä uudelleen.
- Instrumentit toimitetaan yksittäispakattuina kuoreissa tai kuplapakkauksessa. Tuotteen tunnistetiedot löytyvät erillisestä tuoteselosteesta. Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut.
- Poista kaikki instrumentit pakkauksistaan ennen puhdistusta ja sterilointia. Kaikki suojakannet ja -kalvot tulee myös poistaa.
- Instrumentit eivät saa joutua kosketuksiin fluoridi- tai kloridipohjaisten tuotteiden tai rasvapohjaisten puhdistusaineiden kanssa. Instrumentit, joissa on synteettisiä (muovisia) osia, eivät saa joutua kosketuksiin voimakkaiden happoliuosten (pH <4), alkalipohjaisten, orgaanisten tai ammoniakkipohjaisten liuottimien kanssa eivätkä myöskään hapettavien kemikaalien tai minkään sellaisten aineiden kanssa, jotka voisivat haitallisesti muuttaa materiaalia.
- Eri valmistajien instrumenttien tai komponenttien sekoittamista ei suositella, ja se voi aiheuttaa yhteensopivuuteen, toimintaan tai suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Incipio Devices ei ole vastuussa eri valmistajilta hankittujen yhteensopimattomien instrumenttien tai komponenttien käytön seurauksista.

Huoltotoimenpiteet käytön aikana

- Pyyhi verta ja jätteitä laitteesta koko kirurgisen toimenpiteen ajan estääksesi niitä kuivumasta laitteen pintaan. Huuho kanyloidut instrumentit yhden kerran steriilillä vedellä estääksesi likaa ja/tai jätteitä kuivumasta niiden sisään.
- Instrumentit tulee esipuhdistaa välittömästi käytön jälkeen (kahden tunnin kuluessa, kuivumisen estämiseksi).

Puhdistuksen ja desinfiointin perusteet

- Mikäli mahdollista, instrumenttien puhdistukseen tulisi käyttää automatisoitua puhdistus- ja desinfiointimenetelmää. Manuaalista menetelmää, myös ultraäänikylpyä käytettäessä, tulisi käyttää ainoastaan mikäli automatisoitu menetelmä ei ole saatavilla.
- Kummassakin tapauksessa tulee suorittaa dekontaminaatio/esipuhdistus -toimenpiteet.

Dekontaminaatio/Esipuhdistus -valmistelut

- Pura ne instrumentit, joissa on irrotettavia osia, tai avaa instrumentit kokonaan ennen puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia. Noudata tarvittaessa instrumenttikohtaisia purkuohjeita, jotka on toimitettu instrumenttien mukana.
- Kaikki instrumentit tulee käsitellä manuaalisesti ennen puhdistusta ja desinfiointia, välittömästi käytön jälkeen (kahden tunnin kuluessa, kuivumisen estämiseksi). Kiinnitä erityistä huomiota instrumenttien onteloihin/kanyyleihin.
- Liota ja/tai huuhtelee instrumentit ennen puhdistusta poistaaksesi kaiken näkyvän lian ja jätteen. Käytä instrumenttien liottamiseen vasta valmistettua entsyymaattista puhdistusainetta (pH ≤8.5). Noudata puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeita liittyen aineen konsentraatioon, lämpötilaan ja liotusaikaan. Käytä pehmeää jousiharjaa apuna puhdistuksessa. Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita.
- Huuhtelee instrumentteja vähintään 1 minuutin ajan kylmällä (<40°C/104°F) hanavedellä.

Automatisoitu Puhdistus ja Desinfiointi Pesu- ja desinfiointikoneessa

- Dekontaminaatio/esipuhdistus -toimenpiteet tulee suorittaa ennen alla kuvatun automatisoidun menetelmän käyttöä.
- Aseta puretut instrumentit pesu- ja desinfiointikoneeseen siten, etteivät ne kosketa toisiaan.
- Varmista, että laitteet tulevat kaikilta kohdilta puhdistetuiksi, kaikki nivelet ovat auki ja vesi virtaa kaikkien kanylointien ja reikien läpi.
- Käynnistä instrumenttien vakiosykli pesu- ja desinfiointikoneessa noudattaen seuraavia vähimmäisparametrejä.

Syklin tyyppi	Altistus aika	Lämpötila	Puhdistusaine
Esipesu	2 minuuttia	Kylmä hanavesi (<40°C/104°F)	Ei saatavilla
Pesu	5 minuuttia	>60°C (140°F)	pH-arvoltaan neutraali entsyymattinen puhdistusaine
Neutralointi	2 minuuttia	Kylmä hanavesi (<40°C/104°F)	Ei saatavilla
Huuhtelu	1 minuutti	Kylmä hanavesi (<40°C/104°F)	Ei saatavilla
Lämpödesinfiointi	5 minuuttia	>90°C (194°F)	Ei saatavilla
Kuivaus	7-30 minuuttia	Kuuma ilma 100-120°C (212-248°F)	Ei saatavilla

- Tarkista, onko instrumenteissa näkyvää likaa. Toista puhdistus, mikäli lika on näkyvää.
- Noudata puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeita liittyen aineen konsentraatioon, lämpötilaan ja liotusaikaan.
- Pesu- ja desinfiointikoneen valmistajan käyttöohjeita ja suosituksia tulee noudattaa. Käytä ainoastaan ISO 15883 -hyväksytyjä pesu- ja desinfiointikoneita. Pesu- ja desinfiointikone tulee asentaa, huoltaa ja kalibroida asianmukaisesti.

Manuaalinen Puhdistus ja Desinfiointi

- Huuhdo esipuhdistettuja instrumentteja juoksevan kylmän (<40°C/104°F) hanaveden alla intensiivisesti vähintään 2 minuutin ajan suihkupistoolia käyttäen.
- Upota instrumentit vasta valmistettuun entsyymattiseen (pH ≤8.5) puhdistusaineliuokseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeita liittyen aineen konsentraatioon, lämpötilaan ja liotusaikaan sekä jälkihuuhteluun. Huolehdi onteloiden täydellisestä liottamisesta heiluttelemalla. Käytä pehmeää jouhiharjaa apuna puhdistuksessa (kaikkien sisä- ja ulkopintojen täydellinen harjaus). Kanyloitujen instrumenttien kanylointien puhdistaminen tapahtuu liikuttamalla nailonharjaa pyörivällä liikkeellä kanyloinnin läpi. Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita. Liikuta niveliä, kahvoja ja muita laitteen liikkuvia osia altistaaksesi laitteen kaikki alueet puhdistusaineliuokselle.
- Tappien tai muiden syviä uurteita tai monimutkaisempia muotoja sisältävien instrumenttien puhdistuksessa käytä apuna ultraäänikäsittelyä taajuudella 35 kHz, toimenpiteeseen käytettävä aika sama kuin ensimmäisessä liotuksessa.
- Poista instrumentit puhdistusaineliuoksesta ja huuhtele niitä huolellisesti deionisoidulla tai puhdistetulla vedellä ainakin kolme kertaa vähintään 1 minuutin ajan. Huolehdi onteloiden, kanylointien ja muiden hankalasti saavutettavien alueiden täydellisestä liottamisesta ja heiluttelusta. Liikuta niveliä, kahvoja ja muita laitteen liikkuvia osia perusteellisen huuhtelun varmistamiseksi.
- Upota instrumentit vasta valmistettuun entsyymattiseen desinfiointiliuokseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan käyttöohjeita liittyen aineen konsentraatioon, lämpötilaan ja liotusaikaan sekä jälkihuuhteluun. Kiinnitä huomiota siihen, että ontelot liotetaan kauttaaltaan heiluttamalla instrumenttia. Liikuta niveliä, kahvoja ja muita laitteen liikkuvia osia altistaaksesi laitteen kaikki alueet desinfiointiliuokselle.
- Poista instrumentit desinfiointiliuoksesta ja huuhtele niitä huolellisesti deionisoidulla tai puhdistetulla vedellä ainakin viisi kertaa vähintään 1 minuutin ajan. Huolehdi onteloiden, kanylointien ja muiden hankalasti saavutettavien alueiden täydellisestä liottamisesta ja heiluttelusta. Liikuta niveliä, kahvoja ja muita laitteen liikkuvia osia perusteellisen huuhtelun varmistamiseksi.
- Tutki instrumenttien ulkonäkö ja tarpeen vaatiessa toista puhdistusprosessi, kunnes likaa ei ole enää näkyvillä. Syvennykset ja piilossa olevat alueet tulee tutkia huolellisesti sen varmistamiseksi, että niihin jumiutuneet tai muut jäljellä olevat aineet poistetaan täysin.
- Kuivaa instrumentit tuoreella, puhtaalla, pehmeällä ja nukattomalla kankaalla. Vältä ääniä ylimääräisen veden jäämistä instrumenttien onkaloihin puhalla kuivaksi puhtaalla, öljyttömällä ja hiukkaspapaalla paineilmalla.

Kuntotarkastus

- Incipio Devices -instrumentit tulee tarkastaa käsittelyn jälkeen, ennen sterilointia.
- Tarkasta jokainen instrumentti huolellisesti varmistaaksesi, että kaikki näkyvä veri ja lika on poistettu.
- Tarkasta instrumenttien ulkonäkö vahingoittumisen, kulumisen ja/tai ruosteen varalta. Mikäli instrumentin toimintaan vaikuttavia vaurioita, kulumista ja /tai ruostetta on havaittavissa, älä käytä instrumenttia ja tee ilmoitus asianmukaiselle henkilölle.
- Tarkasta liikkuvien osien toiminta varmistaaksesi niiden sujuva liike koko liikkuma-alueella.
- Tarkasta instrumentit, joissa on pitkiä ja ohuita osia (erityisesti pyörivät instrumentit) vääntymien varalta.
- Instrumentit, joissa on hitsatut liitokset ja jotka ovat käytön aikana alttiina mekaaniselle rasitukselle tai värähtelylle, voivat heikentyä ajan myötä. Ennen käyttöä on varmistettava huolellisesti, etteivät hitsatut liitokset ole murtuneet.
- Leikkausvälineiden teho saattaa heikentyä toistuvan käytön myötä. Leikkausreunat on tarkistettava huolellisesti vaurioiden (lovet, murtumat, korroosio) tai näkyvien kulumisen merkkien varalta. Tylsät leikkausreunat vaativat suuremman määrän voimaa halutun leikkauksen saavuttamiseksi ja tämä voi aiheuttaa potilaalle vamman.
- Instrumentit ja laitteet, jotka sisältävät polymeerikomponentteja, on tarkistettava laajojen pintavaurioiden (esim. halkeamien, delaminoitumisen, kovettumisen), vääristymisen tai vääntymisen varalta.
- Mikäli instrumentti on osa suurempaa kokonaisuutta, tarkasta että laitteet yhdistyvät vaivatta vastakappaleisiinsa.

Kunnossapito

- Dekontaminaation, puhdistuksen ja steriloinnin sisältävällä toistuvalla uudelleen käsittelyllä sisältäen on minimaaliset vaikutukset instrumentteihin. Tuotteen käyttöikä määrittyy kulumisen ja käytöstä johtuvan vahingon perusteella. Usein käytetyt instrumentit tulee korvata uusilla säännöllisin väliajoin.
- Vääntömomentin rajoittimet, momenttiavaimet tai vastaavat instrumentit saattavat vaatia erikoistarkastusta täsmällisyyden ja/tai uudelleenkalibroinnin vuoksi. Noudata kirurgisiin tekniikoihin liittyviä tai maahantuojaan antamia ohjeita.
- Voitele nivelet, kierteet ja muut liikkuvat osat yleisesti saatavilla olevalla, vesipohjaisella kirurgiseen käyttöön soveltuvalla voiteluaineella vähentääksesi hankausta ja kulumista. Noudata voiteluaineen valmistajan ohjeita. Instrumenttiöljyjä tai -rasvoja ei tule käyttää.

Pakkaaminen

- Puhdistetut ja desinfioidut instrumentit tulee pakata osiinsa purettuina.
- Käytä yksittäisten instrumenttien pakkaamisessa lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja kertakäyttöisiä höyrysterilointipusseja, kooltaan yksittäisten instrumenttien kaksinkertaiseen pakkaamiseen riittäviä.

- Pakatessasi instrumentteja kannelliseen instrumenttitarjottimeen, käytä lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettua höyrysterilointikärettä hyödyntäen kaksoiskääremenetelmää. Kannelliset instrumenttitarjottimet voidaan myös asettaa lääketieteellisesti hyväksytyyn tiivistekannelliseen sterilointiastiaan sterilointia varten.
- Pakkauksen ja kääreen tulee noudattaa EN ISO 11607 -normia sekä soveltua höyrysterilointiin (lämmönkestävyys vähintään 138°C (280°F), riittävä höyrynläpäisevyys).

Sterilointi

- Incipio Devices -instrumentit on tarkoitettu steriloitaviksi höyryautoklaavikäsittelyllä (esityhjiö – vähintään kolme tyhjiösykliä/fraktioitu tyhjiö -käsittely), joka on säännöllisessä käytössä sairaaloissa (EN 285/EN 13060 mukaan, laillistettu EN ISO 17665-1 mukaan).

Syklin tyyppi	Altistusaika	Lämpötila
Esityhjiö	4–18 minuuttia	132/134°C (270/273°F)

- ETO-sterilointi, kylmästerilointi ja flash-sterilointi -tekniikoita ei tule käyttää. Incipio Devices ei ole vastuussa mistään näiden sterilointitekniikoiden käytöstä johtuvasta ongelmasta.
- Tämänhetkinen suositeltu Incipio Devices -koteloiden kuivausaika voi vaihdella 20 minuutin vakioajasta pidennettyyn 60 minuuttiin. Kuivausajat voivat vaihdella suuresti riippuen steriilin estojärjestelmän ja koko kuorman painon eroavuuksista. Käyttäjän tulee käyttää todennettavissa olevia menetelmiä (esim. visuaalista tarkastusta) todetaksien asianmukaisen kuivaamisen.
- Varmista, että korin sisällä oleva sterilointi-indikaattori vahvistaa sisällön olevan steriloitu.
- Älä käytä vielä kuumia instrumentteja. Anna instrumenttien jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kirurgisen toimenpiteen aloittamista.
- Autoklaavin valmistajan käyttöohjeita ja suosituksia steriloitavan kuorman enimmäiskoosta tulee noudattaa. Autoklaavi tulee asentaa, huoltaa ja kalibroida asianmukaisesti. Loppukäyttäjän tulee käyttää ainoastaan virallisesti hyväksytyjä sterilointilaitteita ja kääreitä/pusseja. On yksin käyttäjän vastuulla varmistaa instrumenttien käsittely ja säilytys puhtaissa ja steriileissä olosuhteissa. Lakisääteisiä vaatimuksia ja hygieniamääräyksiä tulee ehdottomasti noudattaa.

Säilytys ja Käsittely

- Kirurgiset instrumentit vaurioituvat herkästi. Pienetkin pintanaarmut voivat lisätä kulumista ja korroosion riskiä. Instrumentteja tulee aina käsitellä varovasti.
- Kirurgisten instrumenttien säilytysalueiden tulee olla kaukana kosteista alueista kohtuuttoman korroosion välttämiseksi. Tämä suositus koskee myös kirurgisten instrumenttien kuljetusta ja pakkaamista.
- Säilytä steriloidut instrumentit kuivassa, puhtaassa ja pölyttömässä ympäristössä 5°C–40°C (41°F–104°F) lämpötilassa.

Hävittäminen

Kuluneet ja vaurioituneet instrumentit on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti ennen hävittämistä terveydenhoitolaitoksen toimintaohjeiden ja paikallisten määräysten mukaisesti.

Tärkeä huomautus

On ankarasti kiellettyä tehdä minkäänlaisia muutoksia Incipio Devices -instrumenttiin. Ainoastaan Incipio Devices kykenee suorittamaan tällaisen tehtävän. Mikäli tätä suositusta ei noudateta, Incipio Devices ei ole minkäänlaisessa vastuussa seurauksista.

Symbolit



Kataloginumero



Ei steriili



Erän numero



Valtuutettu edustaja



Pidä kuivana



Varoitus



Valmistaja



Katso käyttöohje



Valmistuspäivä



Vain laillistetun lääkärin käyttöön